



Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
/ogłoszenie w BZP nr 568208-N-2019 z dnia 03.07.2019 r./
na dostawę stymulatorów i sprzętu do ablacji dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Na podstawie art. 38 ust. 4 i 4a Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” - (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz. 53) Zamawiający dokonał poniższych zmian w SIWZ:

- a) Zamawiający dokonał zmian w załączniku nr 7 do SIWZ min. polegających na zmianie:
w Pakiecie nr 1:
1. „Stymulator jednojamowy WIR z elektrodą” w pozycji nr 4 „Wymagany roku produkcji 2019”;
2. „Stymulator dwujamowy – DDDR z elektrodami” – dodano pkt 3: „Wymagany rok produkcji 2019”,
3. w pozycji nr 5 dokonano zmiany: „Waga \pm 30g”
4. wykreślono pozycję 23.
5. dodano pozycję nr 24 „Wykonawca dostarczy jednorazowo 10 sztuk noży plazmowych”.

w Pakiecie nr 2 pkt 4 „Elektrody ablacyjne klasyczne” zmieniono ppkt 4.2-4.8 na:

1. „Możliwość dwukierunkowego (bidirectional) zginania i prostowania jednej krzywizny cewnika w jednej płaszczyźnie (defectable tip)”
2. „Dostępne krzywizny: co najmniej trzy, w tym asymetryczna do wyboru”
3. „Zmiana krzywizny końcówki z regulowanym mechanizmem blokowania kształtu krzywizny”
4. „Rozmiar trzonu cewnika i pierścieni (shaft and electrodes); max. 8F”
5. „Dostępne co najmniej trzy stopnie sztywności konstrukcji cewnika”
6. „Dla elektrody o długości pierścienia dystalnego 8 mm dostępne jego anatomiczne ukształtowanie do mapowania zastawki”,
7. „Długość użytkowa: co najmniej 110 cm”;p

W pakiecie nr 2 pkt 5 „Elektrody ablacyjne chłodzone w systemie otwartym” zmieniono:
ppkt 5.1 „Min. 6 otworów irygacyjnych, podwójna komora chłodzenia końcówki dystalnej”,

w Pakiecie nr 4 pkt 1 „Koszulki transseptalne zbrojone” dodano:

ppkt 1.5: „Co najmniej dwa otwory irygacyjne na końcówce dystalnej koszulki”.

W związku z powyższym prosimy o składanie ofert na upublicznionym na stronie internetowej w dniu 08.07.2019 r. zmienionym załączniku nr 7 do SIWZ.

- b) w rozdziale „XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” punkt 1 i 2 otrzymuje poniższe brzmienie:

„XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. **Ofertę należy złożyć do dnia 12.07.2019 r. do godz. 11:00 w Sekretariacie pok. 222 PZOZ w Starachowicach ul. Radomska 70.**

Konsekwencje nieprawidłowego złożenia oferty lub jej niewłaściwego oznakowania ponosi Wykonawca. Oferty złożone po terminie będą zwrócone wykonawcom.

2. Miejsce otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 12.07.2019 r. o godz. 12:15 w siedzibie zamawiającego w pok. 202”

Zamawiający informuje, iż w związku z modyfikacją SIWZ, ulega również sprostowaniu treść „ogłoszenia o zamówieniu”, zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach
Powiatowe Zakład Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

.....
*Kierownik Zamawiającego
lub osoba upoważniona*

Sprawę prowadzi:
Sylwia Staszewska
tel. 412739364
adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl