



## Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 502944-N-2020 z dnia 15.01.2020 r./ na dostawę stacji diagnostyczno-opisowych RTG 3MP dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843):

### Pytanie 1

#### Dotyczy

4.1 oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia posiada deklarację zgodności lub certyfikat CE potwierdzające o dopuszczony do obrotu i stosowania na rynku polskim zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534). Jako potwierdzenie spełnienia w/w warunku, Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do przedstawienia w/w dokumentów tj. deklaracji zgodności lub certyfikatu CE na etapie badania i oceny ofert.

Prosimy o potwierdzenie, że zgodność z ustawą o wyrobach medycznych dotyczy wyłącznie monitorów diagnostycznych oraz oprogramowania stacji diagnostycznej.

#### Ad 1:

Zamawiający potwierdza, że zgodność z ustawą o wyrobach medycznych dotyczy wyłącznie monitorów diagnostycznych oraz oprogramowania stacji diagnostycznej.

### Pytanie 2

#### Dotyczy

10. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres: min. 8 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia.

Prosimy o rezygnację z powyższego punktu lub ograniczenie do 5 lat. Żaden producent sprzętu komputerowego stanowiącego przedmiot zamówienia nie gwarantuje tak długiej dostępności części zamiennych.

#### Ad 2:

Zamawiający odstępuje od wymogu zapewnienia dostępności części zamiennych przez okres min. 8 lat. W związku z powyższym § 2 ust. 10 dotyczący dostępności części zamiennych otrzymuje nowe brzmienie tj. „10. Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych przez okres: min. 5 lat od daty dostawy potwierdzonej protokołem przekazania do użytku urządzenia”.

### Pytanie nr 3

#### Dotyczy

Procesor powinien osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min. 7000 punktów na dzień ..... r. Procesor powinien mieć wbudowany kontroler pamięci DDR4 2133MHz.

Wynik dostępny jest na stronie: <http://www.cpubenchmark.net>. Zamawiający w załączniku nr ..... do SIWZ załącza wyniki testu PassMark CPU Mark z dnia ..... Wykonawca zobligowany jest do podania w swojej ofercie modelu procesora.

Prosimy o udostępnienie załącznika z wynikami testu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie [www.szpital.starachowice.pl](http://www.szpital.starachowice.pl).

**Ad 3:**

Wymagane parametry minimalne dotyczące procesora, opisane w pkt. 2 załącznika nr 6 do SIWZ otrzymują nowe brzmienie tj. „Procesor powinien osiągać w teście PassMark CPU Mark wynik min.7000 punktów (Wynik dostępny jest na stronie: <http://www.cpubenchmark.net>). Procesor powinien mieć wbudowany kontroler pamięci DDR4 2133MHz. Wykonawca zobligowany jest do podania w swojej ofercie modelu procesora.”

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

DYREKTOR  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

.....  
Kierownik Zamawiającego  
lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:  
Sylvia Staszewska

tel. 412739364

adres email: [s.staszewska@szpital.starachowice.pl](mailto:s.staszewska@szpital.starachowice.pl)