



## Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 508469-N-2020 z dn. 03.02.2020r./ na dostawę szwów chirurgicznych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „ Prawo zamówień publicznych ” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

### Pytanie nr 1

Dot. Pakietu nr 2, poz. 3

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści długość nici 6x75 cm?

**Ad.1:** Tak.

### Pytanie nr 2

Dot. Pakietu nr 2, poz. 21

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści długość nici 12x75 cm?

**Ad.2:** Tak.

### Pytanie nr 3

Dot. Pakietu nr 3, poz. 1-37

Czy Zamawiający w w/w pozycjach dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 90/10), powlekane w równych częściach mieszanką poli( glikolidu-co-L-Laktydu ( 30/70) oraz stearynianem wapnia, wchłaniające się w okresie 60-70 dni, podtrzymywanie tkankowe około 35 dni, (po 14 dniach ok. 75%, po 21 dniach ok. 50%, po 28 dniach ok. 25%)?

**Ad.3:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

### Pytanie nr 4

Dot. Pakietu nr 3, poz. 38

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, monofilamentowe, wchłaniające się w okresie 90-120 dni, składające się z kopolimeru kwasu glikolowego i kaprolaktonu, o czasie podtrzymywania ok. 28 dni ( po 7 dniach ok. 70%, po 14 dniach ok. 40%, po 21 dniach ok. 15%, po 28 dniach ok. 5% )?

**Ad.4:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

### Pytanie nr 5

Dot. Pakietu nr 3, poz. 39

Czy Zamawiający w w/w pozycji dopuści szwy syntetyczne, plecione, wytwarzane z kwasu glikolowego, powlekane polikaprolaktonem i stearynianem wapnia, o okresie wchłaniania ok. 42 dni i podtrzymywaniu tkankowym ok. 65% po 7 dniach, ok. 50% po 8-11 dniach od zaimplantowania?

**Ad.5:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

### Pytanie nr 6

Dot. Pakietu nr 3, poz. 40-44

Czy Zamawiający dopuści w w/w pozycjach szew chirurgiczny, wchłaniany (180-210 dni), syntetyczny, niepowlekany, monofilamentowy, z polidoksanonu, podtrzymywanie tkankowe po 14 dniach 75% od zaimplantowania, 65-70% po 28 dni oraz 40% po 57 dniach?

**Ad.6:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

*Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie [www.szpital.starachowice.pl](http://www.szpital.starachowice.pl).*

**Pytanie nr 7**

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający dopuści szew o zmniejszonej chłonności jednak pakowany nie „na mokro”, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.7:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

**Pytanie nr 8**

Dot. Pakietu nr 6

Czy Zamawiający wszędzie tam gdzie wymaga igły dwuwklesłej dopuści również igłę odwrotnie tnącą kosmetyczną, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.8:** Zamawiający nie wyraża zgody. Prosimy o ofertę zgodną z opisem SIWZ.

**Pytanie nr 9**

Dot. Pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści nić bez udokumentowanego „kontrolowanego rozciągania i plastycznego odkształcania węzła”, pozostałe parametry bez zmian?

**Ad.9:** Zamawiający nie wyraża zgody.

Dyrektor PZOZ w Starachowicach

Zastępca Dyrektora  
ds. Leczniczych

.....  
Kierownik Zamawiającego  
lek. Dariusz Kubiś  
lub osoba upoważniona

Sprawę prowadzi:

Waldemar Piórkowski

tel. 412739182

adres email: w.piorkowski@szpital.starachowice.pl