



Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”
/ogłoszenie w BZP nr 515685-N-2020 z dnia 24.02.2020 r./
na dostawę aparatu ultrasonograficznego oraz kolonoskopu
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843):

Pytanie 5 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia - zadanie 2:

Czy Zamawiający wymaga ze względu na bezpieczeństwo użytkowania oferowanego kolonoskopu wideo zaoferowania na wyposażeniu aparatu, zestawu do przeprowadzania testu szczelności?

Test szczelności jest wymaganą procedurą wykonywaną na wstępie procesu dekontaminacji dla wszelkiego typu endoskopów giętkich.

Ad 5: Zamawiający wymaga.

Pytanie 6 dotyczące zadanie 2 oraz zapisów wzoru umowy par. 1 pkt. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wymogu czasu szkoleniowego związanego z instalacją kolonoskopu wideo dla personelu pracowni endoskopowej do 1 godz.?

Ad 6: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie czasu szkoleniowego do 1 godziny.

Pytanie 7 dotyczące zadania 2 oraz zapisów umowy paragraf 2 ustęp 8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu umowy na następujący:

„Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad”.

Naprawy mogą być następstwem zarówno wady tkwiącej w urządzeniu jak i nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia. Obowiązek wymiany podzespołu wynikających z nieprawidłowego użytkowania bądź celowego uszkodzenia byłby naruszeniem zasady równości stron umowy.

Ad 7: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę zapisów umowy w paragrafie 2 ustęp 8.

Pytanie 8 dotyczące zadania 2 oraz zapisów umowy paragraf 2 ustęp 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie podanego terminu naprawy z 7 dni roboczych do 12 dni roboczych?

Ad 8: Zamawiający nie wyraża zgody.

Sprawę prowadzi:
Sylwia Staszewska
tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

Grzegorz Kaleta