



## Uczestnicy postępowania

**dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego”  
/ogłoszenie w BZP nr 515685-N-2020 z dnia 24.02.2020 r./  
na dostawę aparatu ultrasonograficznego oraz kolonoskopu  
dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach**

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843):

### **Pytanie 1 dotyczy punktu 6 USG**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o wadze aparatu 75 kg.

**Ad 1:** Zamawiający nie dopuszcza.

### **Pytanie 2 dotyczy punktu 20 USG**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o FRAME RATE 499 obr/sek.

**Ad 2:** Zamawiający nie dopuszcza i prosi o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.

### **Pytanie 3 dotyczy punktu 43 USG**

Czy zamawiający dopuści zaoferowanie wysokiej klasy aparatu USG renomowanego producenta o regulacji bramki dopplerowskiej w zakresie 1 – 20 mm.

**Ad 3:** Zamawiający nie dopuszcza i prosi o złożenie oferty zgodnej z SIWZ.

### **Pytanie 4 dotyczy punktu 57 USG**

Czy zamawiający dopuszcza głowicę kardiologiczną o częstotliwości pracy 1,3 – 4,4 MHz, kącie skanowania 90° i ilości elementów 64.

**Ad 4:** Zamawiający nie dopuszcza.

Sprawę prowadzi:  
Sylwia Staszewska  
tel. 412739364  
adres email: [s.staszewska@szpital.starachowice.pl](mailto:s.staszewska@szpital.starachowice.pl)

DYREKTOR  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starachowicach

Grzegorz Kaleta