



**Wykonawcy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę obłożeń i innych produktów medycznych dla PZOZ z siedzibą w Starachowicach, nr ogłoszenia 518937-N-2020 z dn. 03.03.2020 r.**

**Odpowiedzi na pytania**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę obłożeń i innych produktów medycznych dla potrzeb PZOZ z siedzibą w Starachowicach

**Pytanie 1, dotyczy pakietu nr 4, poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do artroskopii barku wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (PP-PE) o gramaturze min. 55g/m<sup>2</sup>, spełniającego normę EN 13795 1-3 i następującym składzie:

- 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm
- 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm
- 1 serweta do artroskopii stawu barkowego z workiem na płyny (otwór 7 x 10 cm) 225 x 400 cm
- 1 samoprzylepna serweta operacyjna 75 x 90 cm
- 1 osłona na kończynę 25 x 80 cm
- 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm
- 1 uchwyt Velcro 2 x 23 cm
- 4 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 2, dotyczy pakietu nr 4, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego posiadającego w swoim składzie serwetę główną w rozmiarze 250/200 x 315 cm z otworem 24 x 19 cm? Pozostałe parametry i skład bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 3, dotyczy pakietu nr 4, poz. 10**

czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłony na kończynę o gramaturze min. 70 g/m<sup>2</sup>? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 4, dotyczy pakietu nr 4, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego z wycięciem U do operacji tarczycy o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)
- 1 x serweta 150 x 240 cm, otwór U przylepny 6,5 x 95 cm
- 1 x serweta przylepna 240 x 200 cm
- 1 x serweta nieprzylepna 200 x 150 cm
- 1 x fartuch chirurgiczny standard M
- 3 x fartuch chirurgiczny standard L

1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski  
1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm  
1 x taśma przylepna 10 x 50 cm  
2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 5, dotyczy pakietu nr 4, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaofiarowania nożyczek do episiotomii posiadających symbol graficzny jednorazowości po jednej stronie narzędzia? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 6, dotyczy projektu umowy**

§ 8, ust. 1 a; c - wnosimy o zmianę zapisów umowy dotyczących zastrzeżenia kar umownych i naliczanie ich wysokości w następujący sposób:

- § 8, ust. 1a od kwoty 10% wartości niezrealizowanej części umowy,
- § 8, ust. 1c od kwoty 0,1% wartości reklamowanej części zamówienia

Należy się zgodzić ze stanowiskiem Sądu Najwyższego, który traktuje karę umowną wprowadzoną do umowy w ramach swobody kontraktowania, jako tę której celem jest zapewnienie skuteczności wiążącej powstałej między stronami w ramach zawartej umowy, a także służy realnemu wykonaniu zobowiązań (Wyrok SN z 08.08.2008 r., V CSK 85/08, LEX nr 457785). Tenże zaznacza jednak, że „W sytuacji, gdy kara umowna równa się bądź zbliżona jest do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania, w związku z którym ją zastrzeżono, można ją uważać za rażąco wygórowaną” (Wyrok SN z 20.05.1980 r., I CR 229/80, LEX nr 2534), także wtedy kara umowna może zostać uznana za rażąco wygórowaną, gdy „w zastrzeżonej wysokości jawić się będzie jako nieadekwatna” (Wyrok SA w Katowicach z 17.12.2008 r., V ACa 483/08, LEX nr 491137). Kara umowna ma na celu zdyscyplinowanie wykonawcy, jednakże określenie jej przez Zamawiającego na rażąco wysokim poziomie prowadzi do naruszenia zasady współżycia społecznego i powoduje nadmierną nierówność stron.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zmieni tego zapisu w projekcie umowy.

**Pytanie 7, dotyczy pakietu nr 2**

Zamawiający powinien być świadom, że ofertę w pakiecie 2 może wykonać jeden wykonawca i pozostawienie pakietu z takim opisem w przypadku nie złożenia oferty przez tego konkretnego wykonawcy naraża zamawiającego na brak ofert konkurencyjnych lub ( i ) nieważne postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP. tak jak to miało miejsce w postępowaniu już zakończonym nr 502424-N-2020

W związku z powyższym Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o dopuszczenie do postępowania cewników dializacyjnych permanentnych o niewielkich różnicach technicznych lecz takiej samej funkcjonalności: przekrój 15,5 Fr, dwuświatłowy, podwójne D, w zestawie z igłą wprowadzającą 18 Ga x 7 cm, Prowadnica J, Skalpel nr 11, Rozszerzacz żył: 12 Fr i 14 Fr, Prowadnik rozdzielalny 16 Fr z automatyczną zastawką hemostatyczną minimalizującą ryzyko zatoru powietrznego i krwawienia przy wprowadzaniu cewnika, Bagnet do tunelizacji, Opatrunek samoprzylepny, Nasadki iniekcyjne, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje cewnika o przekroju 15 Fr.

**Pytanie 8, dotyczy pakietu nr 2**

Czy w zadaniu 2 Zamawiający dopuści cewnik do tunelizacji wstecznej z końcówką symetryczną Z wraz z: igłą wprowadzającą 18Ga X 7 cm szt. 1, opatrunek na ranę i gaziki bawełniane, skalpel # 11, zacisk cewnika szt. 2. Pozostałe parametry SIWZ dokładnie takie same.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

**Pytanie 9, dotyczy pakietu nr 2**

Czy Zamawiający w pozycji 1 pakiet 2 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwi proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długości cewnika: 23/44?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
  - silikonowe ramiona
  - złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
  - zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
  - wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
  - kompatybilny z MRI
  - odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
  - adapter wypełniający
  - zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
  - igła wprowadzająca 18G
  - rozszerzało 12 Fr
  - rozszerzało 16 Fr z rozrywalną koszulką
  - nasadki iniekcyjne Luer Lock
  - kleszczyki – 2 szt.
- Odpowiedź:  
Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje cewnika o przekroju 15 FR.

**Pytanie 10, dotyczy pakietu nr 3, poz. 1**

Czy Zamawiający w pak 3 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw do szynowania moczowodu typ D-J niesterowalny soft. W skład zestawu wchodzi : cewnik otwarty od strony pęcherza CH 4,8; atramautyczna pętla pęcherzowa, drenaż do 12 miesięcy, wykonany z poliuretanu, widoczny w promieniach RTG. Długość 28 cm, popychacz dł. 90 cm, prowadnik powleczony teflonem dł. 150cm, zacisk?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza, oczekuje CH 4,7.

**Pytanie 11, dotyczy pakietu nr 2**

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający w pakiecie 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie następujących parametrów: Cewnik naczyniowy permanentny w zestawie, dwuświatłowy, wykonany z poliuretanu o średnicy 14,5 Fr. Dwie wersje do wyboru. Wersja z ramionami prostymi o długości cewnika do mufy: 15,19,23,27,31,35,42, 50cm i wersja z ramionami zakrzywionymi o długości 19, 24, 28 i 31cm. Przepływ do 500ml/min. Symetryczna, taperowana końcówka cewnika w celu łatwiejszego wszczępienia. Recyrkulacja przy normalnym i odwróconym przepływie w liniach tętnicznej i żylny poniżej 1%. Dookoła cewnika otwory wycięte w systemie 360 stopni celem zmniejszenia ryzyka przyssania końcówki do ściany naczynia. Objętość wypełnienia naniesiona na zaciskach. Wprowadzacz o średnicy 15Fr ze zintegrowanym zaworem hemostatycznym, nie wymagającym aktywacji, zapobiegającym przedostaniu się powietrza do światła naczynia i utraty krwi, bezpieczny skalpel. Cewnik w zestawie do zakładania metodą Seldingera. 5 sztuk w opakowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

DYREKTOR  
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Starogowicach  
Grzegorz Kaleta  
.....  
Dyrektor / Osoba upoważniona

