



Numer sprawy P/16/03/2020/STER

Starachowice dn. 26.03.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 524800-N-2020 z dnia 19.03.2020 r./ na dostawę testów i innych materiałów eksploatacyjnych do Centralnej Sterylizatorni Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz z ofertą oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w sytuacji gdy dany oferent nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Ad 1: Zgodnie z zapisem działu IX, pkt 1, ppkt 1.5 SIWZ: „**Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej dopuszczalne jest złożenie w/w oświadczenia wraz z ofertą przetargową**” Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga, aby dostawca materiałów do sterylizacji posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą materiałów sterylizacyjnych? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Ad 1: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 3

Dotyczy pakiet 1

Czy ze względu na fakt, iż opakowania papierowo-foliowe są wyrobem medycznym klasy I, dla których nie ma konieczności potwierdzenia ich jakości przez niezależną jednostkę notyfikowaną Zamawiający odstąpi od wymogu przedstawienia wyżej wymaganego dokumentu i wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkty, dla których zgodność z normą potwierdzona jest certyfikatem producenta? Przedmiotowy zapis nie ma podstaw prawnych i służyć może ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

Ad 3: Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu przedstawienia w/w dokumentu dla Pakietu nr 1.

Pytanie nr 4

Dotyczy pakiet 1

Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Ad 4: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 5

Dotyczy pakiet 5 poz. 2

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów, które substancję wskaźnikową nie mają umieszczonej na całej długości testu, ale jej długość wynosi 65 mm? Długość testu (po podzieleniu) to 102,5 mm

Ad 5: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 6

Dotyczy pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający wymaga, aby test składał się z 2 niezależnych okienek wskaźnikowych zapewniając pewność prawidłowego odczytu?

Ad 6: Zamawiający nie wymaga.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl.

Pytanie nr 7:

Dotyczy pakiet 5 poz. 3

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Ad 7: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 8

Dotyczy pakiet 5 poz. 3

Czy dla zapewnienia wysokiej krytyczności Zamawiający wymaga, aby test posiadał minimalną długość 10 cm?

Ad 8: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 9

Dotyczy pakiet 5 poz. 6

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie testów, które substancję wskaźnikową nie mają umieszczonej na całej długości testu, ale jej długość wynosi 65 mm? Długość testu (po podzieleniu) to 102,5 mm

Ad 9: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 10

Dotyczy pakiet 5 poz. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wskaźnika biologicznego ze szczepem bakterii *Geobacillus atrophaeus* z odczytem po 48h?

Ad 10: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiającemu zależy na odczytach pośrednich.

Pytanie nr 11

Dotyczy pakiet 5 poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wskaźnika biologicznego ze szczepem bakterii *Geobacillus Stearothermophilus*. z odczytem po 24h?

Ad 11: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiającemu zależy na odczytach pośrednich.

Pytanie nr 12

Dotyczy pakiet 6 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test kontroli dezynfekcji termicznej był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Ad 12: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 13

Dotyczy pakiet 6 poz. 1

Czy dla zapewnienia poprawnej interpretacji wyniku oraz dla poprawnego opisu Zamawiający wymaga, aby informacje zawarte na teście i na etykiecie były w języku polskim?

Ad 13: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 14

Dotyczy pakiet 8 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga, aby test klasy VI był samoklejący, co znacznie ułatwi i usprawni jego archiwizację (możliwość wklejenia bezpośrednio do dokumentacji)?

Ad 14: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 15

Dotyczy pakiet 8 poz. 1

Czy w celu ułatwienia interpretacji wyniku Zamawiający wymaga, aby na teście umieszczone były informacje w języku polskim?

Ad 15: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 16

Pakiet 1:

Czy Zamawiający dopuści aby karty danych technicznych potwierdzały spełnianie normy ISO 11607 oraz normy PN EN 868? Reszta zapisów zgodna z SIWZ.

Zamawiający od dwóch lat korzysta z opisanego asortymentu.

Ad 16: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 17

Pakiet 2:

Czy Zamawiający dopuści aby karty danych technicznych potwierdzały spełnianie normy ISO 11607 oraz normy PN EN 868? Reszta zapisów zgodna z SIWZ.

Zamawiający od dwóch lat korzysta z opisanego asortymentu.

Ad 17: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 18

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu zapewnienia ciągłości dostaw określonych w § 5 ust. 1 z 90 dni do 60 dni?

Ad 18: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 19

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kara umowna w przypadku opóźnienia w reklamacji naliczana była od części umowy niezrealizowanej?

Ad 19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Czy w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w Polsce i coraz większym ryzykiem związanym z brakiem możliwości dostarczenia dokumentów do postępowań przetargowych w formie papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę sposobu składania ofert na formę elektroniczną – dokumenty podpisane bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy o wskazanie sposobu przekazania dokumentów w formie elektronicznej.

Ad 20: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 21

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 wymaga nabozi zgodnych z instrukcją użytkownika sterylizatora gazowego?

Ad 21: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 22

Czy Zamawiający w Pakiecie 7 wymaga nabozi zarejestrowanych jako wyrób medyczny ?

Ad 22: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23

Dotyczy Pakietu nr 1:

Czy Zamawiający dopuści rękawy zgrzewalne w temperaturze 170-200°C?

Ad 23: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 24

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 1:

Czy Zamawiający dopuści testy symulacyjne Bowie Dck, posiadający 4 niebieskiego pola wskaźnikowe przebarwiający się po sterylizacji na kolor czarny?

Ad 23: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 25

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 7:

Sposób wykonania substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140). Czy – wobec powyższego - Zamawiający dopuszcza zaoferowanie testu zintegrowanego klasy 5 o innym sposobie wykazania zmiany tj. poprzez jednoznaczny zmianę zabarwienia wskaźnika po procesie sterylizacji?

Ad 25: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 26

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 9 i 10:

Uprzejmie prosimy o wyłączenie wskazanych pozycji z kryterium oceny terminu przydatności. Wskazane pozycje dotyczą testów biologicznych, które posiadają maksymalny termin przydatności 24 miesiące od daty produkcji, zatem Wykonawca uczciwie mógłby zaoferować wyłącznie termin przydatności min.12 miesięcy. Tym samym zmuszony byłby zaniżyć okres przydatności który mógłby zaoferować dla pozostałych pozycji pakietu.

Ad 26: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 9 i 10 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 27

Dotyczy Pakiet nr 5, pozycja nr 11:

Czy Zamawiający dopuści etykiety ze wskaźnikiem sterylizacji parą wodną kompatybilne z metkownicą BLITZ posiadające sześć miejsc informacyjnych: w rzędzie pierwszym – data procesu i numer sterylizatora, w rzędzie drugim – data ważności i numer cyklu, w rzędzie trzecim – numer operatora i kod procesu?

Ad 27: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 28

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1, punkt a):

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy...”

Ad 28: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 29

Dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1, punkt b):

Uprzejmie prosimy o zmianę dotychczasowego zapisu na „0,5% wartości brutto jednorazowej dostawy: ...”.

Ad 29: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 30

Czy zapis „napisy i testy poza przestrzenią pakowania” należy rozumieć, że Zamawiający wymaga aby znajdowały się one na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania?

Ad 30: Zamawiający wymaga, aby napisy i testy znajdowały się na papierze pod folią poza przestrzenią pakowania.

Pytanie nr 31

Czy zamawiający wymaga aby na rękawach papierowo-foliowych była nadrukowana data ważności lub data produkcji?

Ad 31:

Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 32

Jako uczestnik licznych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy lub usługi, zwracamy Państwa uwagę na komunikat Urzędu Zamówień Publicznych pod tytułem *“Komunikacja elektroniczna w dobie zagrożenia epidemicznego”* opublikowany na stronie internetowej Urzędu (<https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>) i zwracają się z prośbą aby, zgodnie z zaleceniem zawartym w tym komunikacie, we wszczynanych przez Państwo postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów unijnych, komunikacja elektroniczna została przez Państwo dopuszczona dla wszelkiej korespondencji występującej w postępowaniu, w tym dla składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń, a także dokumentów.

W naszej ocenie, w obliczu epidemii choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2, dopuszczenie komunikacji elektronicznej przyczyni się do zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa oraz usprawni komunikację pomiędzy zamawiającym a wykonawcami.

Ad 32: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 33

Dotyczy pakiet 3 poz. 1-3

Czy Zamawiający zgadza się na złożenie oferty na włókninę w kolorach niebieskim i zielonym? Kontrastowość tych barw oferuje możliwość szybkiej obserwacji uszkodzeń warstwy opakowania. Pozostałe parametry według wymagań Zamawiającego.

Ad 33: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 34

Dotyczy pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający zgadza się na zaoferowanie wskaźnika zintegrowanego do EO o odczycie kolorymetrycznym?

Ad 34: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 35

Dotyczy pakiet 5 poz. 9

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wskaźnika biologicznego ze szczepem bakterii *Geobacillus atrophaeus* z odczytem tylko po 48h?

Ad 35: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiającemu zależy na odczytach pośrednich.

Pytanie nr 36

Dotyczy pakiet 5 poz. 10

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie wskaźnika biologicznego ze szczepem bakterii *Geobacillus Stearothermophilus*. z odczytem tylko po 24h?

Ad 36: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiającemu zależy na odczytach pośrednich.

Pytanie nr 37

Dotyczy pakiet 4 poz. 2

Czy Zamawiający może doprecyzować o jaki rodzaj produktu chodzi czy mają być to plomby czy etykiety?

Ad 37: Zamawiający informuje, iż opis produktu dotyczy plomb.

Sprawę prowadzi:
Sylwia Staszewska
tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

Grzegorz Kaleta