



Numer sprawy P/19/04/2020/DEZ

Starachowice dn. 09.06.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 545451-N-2020 z dnia 01.06.2020 r./ na dostawę środków dezynfekcyjnych dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 288):

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu stanu epidemii, a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 2 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie terminu dostawy na: w miarę dostępności u ich producenta?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 3 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby termin dostawy został dostosowany do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Obecnie dostępność środków dezynfekcyjnych na rynku nie jest istotnie ograniczona. Zamawiający wymaga dostaw w sposób niezakłócony, zaś propozycja zmiany jest zbyt ogólna.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 2 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie wysokości lub w ogóle naliczania kar umownych?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści § 9 ust. 1 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby prawo do naliczania ewentualnych kar umownych za zwłokę w dostawie, zostało dostosowane do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii oraz stan po ustaniu epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stan epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 2 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości odstąpienia od umowy przez wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, ale spowodowanych czynnikami od niego niezależnymi?

Jeżeli tak to: Czy w związku z obecnym stanem epidemii oraz skutkami ustąpienia epidemii a także związanymi z tym implikacjami natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na możliwość realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, w treści wzoru umowy § 11 (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi zapis pozwalający wykonawcy, w razie wystąpienia szczególnych okoliczności, z przyczyn leżących po jego stronie, ale niezależnych od niego, odstąpić jednostronnie od umowy

o zamówienie publiczne bez ponoszenia przez niego negatywnych skutków natury prawno-finansowych z tym związanych?

Ad 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający, mając na uwadze zarówno obecny stanem epidemii oraz skutki po ustąpieniu epidemii a także związane z tym implikacje natury logistyczno-ekonomicznej, których istnienie bez wątpienia wpłynie po stronie wykonawcy na proces realizacji dostaw objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, przewiduje możliwość wprowadzenia do treści istotnych warunków umowy – załącznik nr 2 do SIWZ klauzul pozwalających na zmianę treści zobowiązania wykonawcy w zakresie możliwości waloryzacji cen ze względu na zmianę cen przez producenta, jeżeli wykonawca nie jest producentem?

Jeżeli tak, to czy w związku z tym, w treści §2 ust. 6 wzoru umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) Zamawiający wprowadzi klauzulę pozwalającą w zgodzie z dyspozycją z art. 144 ust. 1 pkt 1 p.z.p. dokonać aneksowania umowy z wykonawcą w taki sposób aby waloryzacja cen została dostosowana do bieżących uwarunkowań rynkowych związanych z nadzwyczajną sytuacją (stan epidemii) z jaką mamy obecnie do czynienia?

Ad 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Propozycja zmiany jest zbyt ogólna.

Pytanie nr 5

Czy ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną w kraju Zamawiający dopuści złożenie oferty w wersji elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem wybranej przez Zamawiającego platformy zakupowej lub przesłanie jej na adres e-mail Zamawiającego?

Ad 5: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 6

Czy w pakiecie nr 12 poz. 1 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny środek do mycia w myjniach dezynfektorach, skutecznie usuwający pozostałości organiczne typu zaschnięta i denaturowana krew, umożliwiający mycie maszynowe narzędzi i sprzętu medycznego także wykonanego z aluminium i tworzyw sztucznych, usuwa chorobotwórcze białka prionowe, w tym również VCJD >2log, niewymagający neutralizacji, umożliwiający zastosowanie w myjniach ultradźwiękowych, pH powyżej 10, posiadający w swoim składzie: kwasy organiczne, alkalia, dietanoloaminę, enzymy, tenzydy, środki konserwujące, inhibitor korozji, nie zawierający glicerolu?

Ad 6: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 7:

Czy w pakiecie nr 12 poz. 2 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny, alkaliczny środek do mycia oraz dezynfekcji w myjniach dezynfektorach (w osobnych fazach mycia i dezynfekcji) sprzętu medycznego w tym termolabilnego, środek pozwalający na pracę w programach z neutralizacją środkiem kwaśnym lub bez neutralizacji, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym, wspomagający destabilizację, dezaktywację oraz dekontaminację prionów potwierdzone certyfikowanymi badaniami, posiadający w swoim składzie: różne związki powierzchniowo czynne, metakrzemian disodowy oraz fosforany, niezawierający glicerolu, związków chlorowych oraz innych związków utleniających, pH 11,4 – 12,0 (roztwór 1-3 ml/l), dozowanie 1-10ml/l?

Ad 7: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 8

Czy w pakiecie nr 12 poz. 3 – Zamawiający mógłby dopuścić płynny środek płuczący zawierający środki powierzchniowo czynne, środki konserwujące, do użycia w myjniach dezynfektorach niezawierający oleju parafinowego, do szybkiego bezzaciekowego płukania, znacznie przyspieszający suszenie po maszynowym myciu i dezynfekcji, pH ok. 6,3, dozowanie 0,3-1,0ml/l?

Ad 8: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 9

Czy w pakiecie nr 12 poz. 4 – Zamawiający mógłby dopuścić preparat zawierający biały olej (olej mineralny/płynna parafina), toksykologicznie bezpieczny, zawierający <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% alifatyczne węglowodory, nie wpływający na proces sterylizacji parowej (rozpuszczalny w wodzie), nie zawierający chlorofluorowęglowodorów (CFC)?

Ad 9: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 10

Czy w pakiecie nr 12 poz. 5 – Zamawiający mógłby dopuścić środek do pielęgnacji stali nierdzewnej, na bazie bardzo czystego oleju mineralnego zgodnego z wymaganiami przemysłu żywnościowego i farmaceutycznego, bardzo ekonomiczny nie zawiera freonu, składniki według rozporządzenia WE 648/2004 dot. detergentów: <5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, >30% węglowodory alifatyczne (bardzo czysty olej mineralny zgodny z wymaganiami przemysłu żywnościowego i farmaceutycznego), gaz nośny: propan/butan. Lepkość <100mPas (koncentrat 20°C), gęstość 0,8 g/cm³?

Ad 10: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Pytanie nr 11

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w Pakiecie 13 poz. 1 Środka czyszczącego i dezynfekującego do dezynfekcji instalacji wody uzdatnianej w opakowaniach =5l spełniającego pozostałe wymagania Zamawiającego. Prosimy o podanie ilości preparatu w op=5l które należy zaoferować.

Proszę zwrócić uwagę, że Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymaga op. =10 kg lub 5 kg natomiast w kolumnie j.m. oraz w opisie pod tabelą wymaga op. = 10 l.

Ad 11: Zamawiający nie wyraża zgody i wymaga produktu zgodnego z zapisami SIWZ. Jednostką miary wielkości opakowań są kilogramy w związku z powyższym wprowadzono poprawki w załączniku asortymentowo-cenowym.

Pytanie nr 12

Dotyczy Pakietu 13 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego o odstąpienie od oceny jakości w Pakiecie 13 poz. 1 gdzie kryterium oceny ofert jest wielkość opakowania. Wielkość opakowania w żaden sposób nie wpływa na jakość preparatu i jego działanie i nie powinna być przedmiotem oceny jakości. Oceniając wielkość opakowań trzeba by raczej wymagać opakowań mniejszych (5l) tak jak w poz. 2, które są lżejsze i poręczniejsze do przenoszenia co ułatwiłoby pracę personelowi szpitala.

Ad 12: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Dotyczy Pakietu 13 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie z Pakietu nr 13 poz. 2 i utworzenie odrębnego Pakietu. Pozwoli to złożyć Oferty więcej niż jednemu Wykonawcy i przyczyni się do złożenia konkurencyjnych cenowo ofert.

Ad 13: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji 2 pakietu do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 14

Dotyczy zadania 9

Czy w pozycji 1 oraz 2 Zamawiający dopuści preparat enzymatyczny koncentrat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczcza zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1.

Ad 14: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z zapisami SIWZ.

Pytanie nr 15

Dotyczy zadania 10

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści gotowy do użycia środek na bazie alkoholu, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni. Skład: etanol, 2-propanol. Łączna zawartość alkoholu do 70 g w 100 g. Bez zawartości dodatkowych substancji (aminy, QAV, aldehydu, fenolu). Polecany do dezynfekcji małych powierzchni: łóżek, foteli, aparatury medycznej, szafek, blatów oraz innych trudnodostępnych powierzchni. Zalecany do dezynfekcji mających kontakt z żywnością. Produkt posiadający pozytywną opinię producenta sprzętu medycznego Famed w zakresie tolerancji materiałowej na tworzywo ABS i materiały obciowe. Posiadający pozytywną opinię CZD. Spektrum bójcze potwierdzone badaniami z obszaru medycznego: B (MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, wirus grypy), rota, noro w czasie od 30 sekund do 1 minuty. Produkt o podwójnej rejestracji: wyrób medyczny oraz produkt biobójczy.

W przypadku dopuszczenia, prosimy o wydzielenie pozycji 1 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Ad 15: Zamawiający dopuszcza w/w preparat. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycja 1 pakietu 10 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 16

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego Pakietu produkty z Pakietu 10 poz. 9 i 10 i dopuści:

Chusteczki suche w rolce (100szt.), w jednorazowym opakowaniu foliowym do nasączenia dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone m. in. do dezynfekcji powierzchni, wymiary 30 cm x 34 cm, gramatura 70 g/m², pakowane w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek oddzielonych perforacją- pozwalającą na łatwe pobranie oraz Kompatybilne z nimi wiaderko, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chusteczek.

lub

Chusteczki suche w rolce (300szt.), w jednorazowym opakowaniu foliowym do nasączenia dowolnym środkiem dezynfekcyjnym, przeznaczone m. in. do dezynfekcji powierzchni, wymiary 18 cm x 25 cm, gramatura 70 g/m², pakowane w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek oddzielonych perforacją- pozwalającą na łatwe

pobranie oraz Kompatybilne z nimi wiaderko, wytrzymałe, wielokrotnego użytku, ze szczelnym zamknięciem zapobiegającym wysychaniu nasączonych chusteczek.

W PRZYPADKU ZGODY PROSIMY O WSKAZANIE SPOSOBU PRZELICZENIA I OKREŚLENIE ILE WIADEREK Z WKŁADEM W ŚRODKU A ILE WKŁADÓW DO WIADERKA POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY LUB ILE SAMYCH WKŁADÓW DO WIADERKA I ILE PUSTYCH WIADEREK POTRZEBUJE ZAMAWIAJĄCY.

Ad 16: Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowania po 100 sztuk. W takim przypadku Zamawiający potrzebuje 1110 opakowań chusteczek oraz 278 wiaderek. Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycja 9 i 10 pakietu 10 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 17

Czy z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną w Polsce i na Świecie, zgodnie z zaleceniami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 20.03.2020 r.: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego> oraz z uwagi na ryzyko niedostarczenia oferty i dokumentów przez kuriera w wymaganym czasie i we wskazane w SIWZ miejsce, Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty i wszelkich dokumentów w postępowaniu w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

W przypadku wyrażenia zgody, prosimy o wskazanie sposobu złożenia oferty i dokumentów (np. poprzez platformę lub mailem, gdzie hasło do zabezpieczonych plików przekazane byłoby w oddzielnym mailu).

Ad 17: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 18

Pakiet 3 pozycja 1- Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat do mycia ciała i włosów pacjenta przed zabiegami operacyjnymi na bazie octenidyny. Produkt o neutralnym PH dla skóry. Preparat bez mydła, barwników i substancji zapachowych. Produkt o działaniu dekontaminującym. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Ad 18: Zamawiający dopuszcza w/w produkt pod warunkiem iż spektrum działania preparatu obejmuje B i F.

Pytanie nr 19

Pakiet 4 pozycja 3 – Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków.

Ad 19: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 20

Pakiet 6 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt o następującym składzie: 100g płynu zawiera substancje czynne: 2-propanol 45 g, 1- propanol 10 g, 2-difenyloł 0,2 g. Substancje pomocnicze: nadtlenek wodoru, woda oczyszczona.

Ad 20: Zamawiający nie wyraża zgody, albowiem pozycja 1 i 2 pakietu 6 są ze sobą powiązane.

Pytanie nr 21

Pakiet 9 pozycja 1 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczeniem „F” rozumie skuteczność wobec min. „C. albicans”?

Ad 21: Zamawiający potwierdza, że pod znakiem „F” rozumie skuteczność wobec min. „C. albicans”.

Pytanie nr 22

Pakiet 9 pozycja 1 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt w opakowanie o pojemności 2L z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Ad 22: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr 23

Pakiet 9 pozycja 2 – Czy Zamawiający dopuści do oceny produkt skuteczny wobec: B, F(c. albicans), V(HIV, HBV, HCB) – 0,5% - 15 minut.

Ad 23: Zamawiający nie dopuszcza, ponieważ w spektrum działania preparatu brak jest potwierdzonego działania na TBC.

Pytanie nr 24

Pakiet 9 pozycja 3 - Prosimy o wydzielenie pozycji 3 do osobnego pakietu. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków.

Ad 23: Zamawiający wyraża zgodę na wydzieleni pozycji 3 pakietu 9 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 25

Pakiet 10 pozycja 6 i 7 – Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający pod oznaczeniem „F” rozumie skuteczność wobec min. „C. albicans”?

Ad 25: Zamawiający potwierdza, że pod znakiem „F” rozumie skuteczność wobec min. „C. albicans”.

Pytanie nr 26

Pakiet 10 pozycja 5 i 8 - Prosimy o wydzielenie pozycji 5 i 8 do osobnego pakietu. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków.

Ad 26: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 i 8 pakietu nr 10 do odrębnego pakietu.

Pytanie nr 27

Pakiet 12 pozycja 5 - Prosimy o wydzielenie pozycji 5 do osobnego pakietu. Takie podzielenie zamówienia pozwoli na złożenie oferty konkurencyjnej cenowo większej liczbie Wykonawców, a Zamawiającemu na uzyskanie korzystnych cenowo warunków.

Ad 27: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie pozycji 5 pakietu nr 12 do odrębnego pakietu nr 12 a.

Pytanie nr 28

Pakiet 10 poz. 3 i 4

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczek impregnowanych alkoholem etylowym spełniających zapisy SIWZ o szerokim spektrum bójczym wobec: B, F, Tbc, V (BVDV, HCV, HBV, HIV, Vaccinia, Rota, Noro) w czasie do 30 sekund. Dodatkowo chcemy podkreślić, iż preparat nie jest sklasyfikowany jako substancja drażniąca, w związku z tym jest bardzo dobrze tolerowany przez personel. Chusteczki w rozmiarze 14x18cm, konfekcjonowane w tuby po 100 sztuk z przeliczeniem ilości.

Ad 28: Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowaniach po 100 sztuk. W takim przypadku Zamawiający potrzebuje 1050 opakowań chusteczek oraz 1050 opakowań wkładów.

Pytanie nr 29

Pakiet 10 poz 6

Prosimy o dopuszczenie do oceny bezalkoholowej pianki, przeznaczonej do powierzchni typu inkubatory, obudowa urządzeń medycznych, lamp, aktywny wobec V (noro, rota, HIV, HBV, HCV, Vaccinia) B, F (candida), Tbc (Avium i Terrae) - w czasie do 5 minut. Z możliwością poszerzenia o Aspergillus i Cl.Difficile w czasie do 15 minut.

Opakowanie do 1 L z końcówką spieniająca fabrycznie zamontowaną. Nie wymagający splukiwania. Czas ekspozycji do 5 min.

Ad 29: Zamawiający nie wyraża zgody, albowiem Wykonawca nie określa czy preparat nie zawiera aldehydów.

Pytanie nr 30

Pakiet 10 poz. 9

Prosimy o dopuszczenie do oceny chusteczki suche w rolce, w jednorazowym opakowaniu foliowym do nasączenia dowolnym środkiem dezynfekcyjnym. Przeznaczone do dezynfekcji powierzchni o wymiary 30 cm x 32 cm, gramatura 50 g/m². Pakowane w system nadający się do poboru pojedynczych chusteczek oddzielonych perforacją pozwalającą na łatwe pobranie. Pakowane po 100 szt z przeliczeniem ilości.

Ad 30: Zamawiający dopuszcza chusteczki w opakowania po 100 sztuk. W takim przypadku Zamawiający potrzebuje 1110 opakowań chusteczek oraz 278 wiaderek.

Pytanie nr 31

Dotyczy wzoru umowy § 3

W związku z panującą z sytuacją epidemiczną, która spowodowała znaczne problemy w obrocie z dostawcami ze względu na ograniczoną dostępność m.in. środków dezynfekcyjnych w nawiązaniu do zapisów umowy odnośnie terminu dostaw wnosimy o dodanie do umowy zapisu, iż Zamawiający pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę dowodów potwierdzających brak zamawianych towarów nie z winy Wykonawcy tj. np. ze względu na brak surowców niezbędnych do produkcji, restrykcji w zakresie eksportu, ograniczone możliwości produkcyjne itp. dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do momentu dostępności zamawianych towarów u producenta/dystrybutora.

Ad 31: Zamawiający nie wyraża zgody. Proponowany zapis uregulowany został art. 15 r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Pytanie nr 32

Dotyczy wzoru umowy § 9 ust. 1

Zwracamy się z prośbą o dokonanie zmian w § 9 ust. 1 wzoru umowy w zakresie naliczania kar umownych na następujący:

„1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a) w wysokości 5% wartości niezrealizowanej części umowy przedmiotu umowy - Pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy (w zakresie Pakietu/ów lub całej umowy) z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

b) w wysokości 0,2% wartości niezrealizowanej części dostawy (niedostarczonej w terminie lub niezgodnej z zamówieniem dostawy), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.”

Ad 32: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 33

Dotyczy wzoru umowy § 9

W związku z nadzwyczajną sytuacją epidemiczną, prosimy o uwzględnienie we wzorze umowy zapisu:

„Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie z § 15r ust. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).”

Ad 33: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 34

Dotyczy sposobu składania ofert

W związku z występowaniem koronawirusa w Polsce, mając na uwadze wprowadzenie stanu epidemii oraz zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego i innych organów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne dot. ograniczenia przemieszczania się i pozostawania w większych skupiskach ludzi, zwracamy się z prośbą o zmianę postanowień SIWZ i wyrażenie zgody na możliwość złożenia oferty w postaci elektronicznej (zgodnie z art. 10a ust.5 Ustawy PZP). Ponadto pragniemy nadmienić, iż UZP dopuszcza, a nawet zaleca zmianę postanowień SIWZ i objęcie wszelkiej korespondencji (w tym składanie ofert) komunikacją elektroniczną (zarządzenie z dnia 20-03-2020 r. dostępne pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego>)

Ad 34: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 35

Pakiet 8, poz. 1: Czy zamawiający wymaga potwierdzenia w postaci niezależnej opinii jednostki opiniotwórczej jak np. IMiDz lub równoważnej?

Ad 35: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 36

Pakiet 9, poz. 2: Czy zamawiający dopuści trójenzymatyczny preparat dezynfekcyjno myjący w płynie, rozpuszczający albuminy, glikogen i trójglicerydy, przeznaczony do dezynfekcji i mycia zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi i sprzętu medycznego wykonanego ze stopów metali w tym aluminium. Spektrum działania: B,F,V(HIV,HIV,HCV, Herpes simplex, Vaccinia). Wymagana skuteczność biobójcza przy czasie ekspozycji do 5 min, w stężeniu 0,5%. Możliwość zastosowania w myjniach ultradźwiękowych. Opakowanie 5L z pompką dozującą. Potwierdzona badaniami laboratoryjnymi skuteczność usuwania biofilmu oraz zapobiegania jego powstawaniu. Posiadający Analizę elektrochemiczną korozji wżerowej zgodnie z normą NF S94-402-1?

Ad 36: Zamawiający nie wyraża zgody, albowiem pozycja 1 i 2 pakietu 9 są ze sobą powiązane.

Pytanie nr 37

Pakiet 9, poz. 3: Czy Zamawiający dopuszcza trójenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza) preparat w pianie zawierający IV rzędowe związki amonowe do zwilżania i wstępnej dezynfekcji zanieczyszczonych narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych. Nie zawierająca aldehydów, alkoholi i substancji utleniających. Preparat całkowicie biodegradowalny. Spektrum działania B, Tbc, F, V(HIV,HBV, HCV). Potwierdzone bezpieczne zwilżanie narzędzi do 72 godzin. Krótki czas działania 5 minut. Opakowanie a750ml z końcówką spieniającą?

Ad 37: Zamawiający nie wyraża zgody, wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Pytanie nr 38

Pakiet 10, poz. 5: Czy zamawiający wymaga preparatu przebadanego zgodnie z normą EN 16615 w zakresie działania sporobójczego *Cl.difficile*?

Ad 38: Zamawiający wymaga produktu zgodnego z SIWZ.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

Zastępca Dyrektora

ds. Lekarskich

lek. Dariusz Kopania