



Numer sprawy P/27/07/2020

Starachowice dn. 23.07.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 563318-N-2020 z dnia 17.07.2020 r./ na dostawę i uruchomienie systemu do echoendoskopii przewodu pokarmowego dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086):

Pytanie nr 1

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Na czas naprawy dłuższy niż 5 dni roboczych wykonawca dostarczy aparat lub urządzenie zastępcze w terminie do 48 godzin w dni robocze.”

Ad 1: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku naprawy dłuższej niż 10 dni roboczych następuje przedłużenie okresu gwarancji o czas naprawy.”

Ad 2: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Trzykrotna naprawa tego samego istotnego elementu/podzespołu w okresie gwarancyjnym powoduje wymianę elementu/podzespołu na nowy wolny od wad.”

Ad 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy § 2 ust. 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zapewni naprawę sprzętu/urządzeń w terminie max 5 dni roboczych lub do 10 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, od chwili zgłoszenia.”

Ad 4: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy, Zamawiający sporządzi na te okoliczności protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 7 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji dokonać wymiany towaru lub uzupełnić braki na towar pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty.”

Ad 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a i 2a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kar umownych z 10% na 5%?

Ad 6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązku informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl.

Pytanie nr 7:

Dotyczy warunków umowy § 15 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszego pisemnego powiadomienia Zamawiającego. Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić.”

Ad 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 8

Dotyczy załącznika nr 6: „Uwagi dotyczące całego zestawu”, pkt 1 oraz pkt 3.

Prosimy o wykreślenie w/w zapisów (pkt. 1, pkt. 3). Wyżej wymienione wymagania znacznie podnoszą wartość sprzętu (oferty) a nie są wymagane do właściwego wykonywania badań.

Ad 8: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie w/w zapisów.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach
Grzegorz Kaleta

