



Numer sprawy P/29/07/2020/ChM

Starachowice dn. 25.08.2020 r.

Uczestnicy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” /ogłoszenie w BZP nr 572923-N-2020 z dnia 13.08.2020 r./ na dostawę osprzętu do zabiegów chirurgii małoinwazyjnej dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach

Działając w imieniu Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach w związku z otrzymanym a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym treści SIWZ niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi, zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” – (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086):

Pytanie nr 1

Dotyczy warunków umowy § 1 ust. 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., o wartości brutto co najmniej 80% umowy w danym pakiecie”?

Ad 1: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 2

Dotyczy warunków umowy § 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania umowy – sytuacja nie dotyczy gdy zaległości w płatnościach Zamawiającego przekraczają 60 dni ponad termin określony w umowie”?

Ad 2: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 3

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku dostarczenia towaru wadliwego lub wykazującego brak ilościowy Zamawiający sporządzi na tę okoliczność protokół i powiadomi Wykonawcę. Wykonawca zobowiązuje się w terminie do 5 dni roboczych licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną dokonać wymiany towaru na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawianą partię towaru”?

Ad 3: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 4

Dotyczy warunków umowy § 6 ust. 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Po wcześniejszym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do realizacji należytego wykonania umowy, w przypadku ...”?

Ad 4: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 5

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 7% niezrealizowanej wartości umownej przedmiotu umowy/pakietu, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca”?

Ad 5: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 6

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,3% wartości przedmiotu danego zamówienia wyrobów nie dostarczonych w terminie/niezdadnej dostawy lub brak uzupełniania dokumentów, z każdy rozpoczęty dzień zwłoki”?

Ad 6: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Starachowicach przy ul. Radomskiej 70. Szczegóły obowiązkowo informacyjnego są dostępne na stronie www.szpital.starachowice.pl.

Pytanie nr 7:

Dotyczy warunków umowy § 8 ust. 1c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w wysokości 0,1% wartości reklamowanego asortymentu za każdy dzień opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji po terminie określonym w § 6 ust. 3”?

Ad 7: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie nr 8

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 3a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„..., w terminie 5 dni roboczych przedmiotu umowy na wolny od wad, albo nie usunął wady”?

Ad 8: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 9

Dotyczy warunków umowy § 10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku naruszania postanowień niniejszej umowy strony mogą rozwiązać niniejszą umowę za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy”?

Ad 9: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 10

Dotyczy warunków umowy § 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„Wykonawca nie może dokonywać cesji na rzecz osób trzecich przysługujących mu wobec Zamawiającego wierzytelności bez wcześniejszej zgody Zamawiającego oraz zgody, o której mowa w art. 54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654 ze zm.). Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Ad 10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 11

Dotyczy warunków umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę istniejącego zapisu na następujący:

„W przypadku wycofania, bądź chwilowego zaprzestania produkcji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu produktu zastępczego o tych samych, bądź zbliżonych parametrach technologicznych - przy cenie nie większej niż w niniejszej umowie”?

Ad 11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 2, poz. 2.1:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie samorozprężalnego stentu do protezowania nienowotworowych zwężeń dróg żółciowych o długości cewnika wprowadzającego 180 cm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 12: Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną długość cewnika pod warunkiem że długość ta zapewni możliwość wprowadzenia przez kanał posiadanych duodenoskopów.

Pytanie 13

Dot. pakietu nr 2, poz. 2.4:

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie protezy samorozprężalnej jelitowej o średnicy 20-22 mm i długości 80-120 mm ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 13: Zamawiający nie wyraża zgody. Długość minimalna powinna wynosić 60 mm ponieważ ma to znaczenie w przypadku protezowania niskich zwężeń w odbytnicy.

Pytanie 14

Dot. pakietu nr 3, poz. 3.1:

Czy Zamawiający dopuści prowadnice jednorazowe do zabiegów ERCP, typu zebra o dł. 450 cm, końce cieniodajne pokryte hydrofilnie o średnicach 0,025 i 0,035 ? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Ad 14: Zamawiający nie dopuszcza. Średnica 0,18 ma istotne znaczenia w szczególnych sytuacjach klinicznych dlatego zamawiający wymaga również tej średnicy.

Pytanie 15

Dot. pakietu nr 13, poz. 13.1:

Czy Zamawiający dopuści igły do biopsji pod kontrolą endoultrasonografii EUS-FNA, Pro Control wymagana dostępność igieł w min. 3 rozmiarach tj. 25 G (0,5 mm), 22 G (0,7 mm) i 19 G (1,1 mm); możliwość regulacji igły w zakresie min. 0-8,5 cm; w części dystalnej igła poddana specjalnej obróbce wzmacniającej jej echogeniczność; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 1.8 mm (dla igły o śr. 25 G i 22 G) i 2.1 mm (dla igły o śr. 19 G); igła posiada 2 blokady w postaci mechanizmu twist-lock (mechanizm umożliwia obsługę igły przy użyciu jednej ręki); blokadę stopnia wysunięcia igły z osłonki oraz blokadę stopnia wysunięcia osłonki; narzędzie posiada

zaokrąglony mandryn; w komplecie strzykawka próżniowa o pojemności 20 ml, możliwość ustawienia próżni w strzykawce na min. 4 poziomach (5 ml, 10 ml, 15 ml i 20 ml); igła kompatybilna bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów.

Ad 15: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.1 pakietu 2 dopuści zaoferowanie stentów o długości zestawu wprowadzającego minimum 180 cm, średnica stentów w zakresie 8-10 mm, długości 40 mm, 50 mm i 60 mm.

Ad 16: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków.

Pytanie 17

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.1 pakietu 2 dopuści zaoferowanie stentów w zestawach z systemem aplikacji pozwalającym na korektę położenia po całkowitym uwolnieniu stentu.

Ad 17: Zamawiający nie dopuszcza. System ten budzi wątpliwości dotyczące stabilizacji protezy po jej implantacji.

Pytanie 18

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.2 pakietu 2 wymaga zaoferowania stentu pokrytego, z markerami na obu końcach widocznymi w obrazie endoskopowym i w promieniach RTG.

Ad 18: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia wszystkich pozostałych warunków.

Pytanie 19

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.2 pakietu 2 dopuści zaoferowanie stentów o średnicy w zakresie 8 mm – 10 mm.

Ad 19: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 20

Pakiet 2

Czy Zamawiający w pozycji 2.4 dopuści zaoferowanie protez jelitowych, nadających się do protezowania nowotworu jelita grubego i dwunastnicy.

Ad 20: Zamawiający nie dopuszcza. Zastosowanie protez o tym samym kształcie do dwunastnicy i jelita grubego budzi wątpliwości dotyczące ich stabilnego mocowania po implantacji.

Pytanie 21

Pakiet 13

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie igieł o średnicy 19, 22 i 25 G, rozmiar koszulki 5,2 Fr.

Ad 21: Zamawiający nie dopuszcza. Większa średnica koszulki jest możliwa jedynie do użycia w przypadku prostej pozycji echoendoskopu podczas biopsji. Dlatego w przypadkach kiedy takiej pozycji z przyczyn anatomicznych nie można uzyskać konieczne jest użycie węższych koszulek. Zamawiający wymaga zaoferowania obydwu rozmiarów koszulek.

Sprawę prowadzi:

Sylwia Staszewska

tel. 412739364

adres email: s.staszewska@szpital.starachowice.pl

DYREKTOR
Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Starachowicach

Grzegorz Kaleta

