

Sprawa numer ZO/06/08/2019/KRD

Starachowice dn. 06.09.2019r.

Wykonawcy postępowania

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie „zapytania ofertowego” / na „Zakup sprzętu dla Powiatowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Starachowicach dedykowanego chorobom układu krążenia”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.3 "Infrastruktura zdrowotna i społeczna" Osi VII "Sprawne usługi publiczne" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W związku z otrzymanymi a przedstawionymi poniżej pytaniami dotyczącym przedmiotu zamówienia niniejszym udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Zadanie nr 3

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści wysokiej jakości niemiecki produkt wg poniższych parametrach:

Worek resuscytacyjny, silikonowy, jednopowłokowy dla dorosłych (pacjenci od 30kg wzwyż) pojemność 2000 ml z silikonowym uchwytem na dłoń, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmH20. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Złącze pacjenta 15/22mm. Złącze dolotowe do przewodu tlenowego -średnica 4- 6 mm, złącze do bezpośredniego połączenia rezerwuaru średnica 22 mm. Możliwość podłączenia zastawki PEEP prostym łącznikiem. Całkowicie rozbieralny- elementy dostępne jako części zamienne. Załączona lista części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. Jednorazowy rezerwuar z PCV o pojemności 2600ml do połączenia bezpośredniego do worka resuscytacyjnego bez dodatkowego łącznika. Maski twarzowe wielorazowego użytku łącznik maski średnica 15mm kolorowy kodujący rozmiar maski. Sterylizacja maski w autoklawie 134 stopnie C. do 100 cykli potwierdzona w instrukcji producenta. Wszystkie elementy jednego producenta kompatybilną ze sobą?
Ad.1: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2:

Zadanie nr 3

Czy zamawiający kierując się chęcią uzyskania jak najkorzystniejszej ceny dopuści wysokiej jakości niemiecki produkt wg poniższych parametrach:

Worek resuscytacyjny, silikonowy, jednopowłokowy dla dorosłych (pacjenci od 30kg wzwyż) pojemność 2000 ml z silikonowym uchwytem na dłoń, z zastawką ograniczającą ciśnienie do 40mmH20. Zastawka wlotowa zawierająca zastawkę rezerwuaru. Korpus worka umożliwia jego złożenie do mniejszych rozmiarów. Złącze pacjenta 15/22mm. Złącze dolotowe do przewodu tlenowego -średnica 4- 6 mm, złącze do bezpośredniego połączenia rezerwuaru średnica 22 mm. Możliwość podłączenia zastawki PEEP prostym łącznikiem. Całkowicie rozbieralny- elementy dostępne jako części zamienne. Załączona lista części zamiennych. Możliwość do 100 krotnej sterylizacji w autoklawie w temperaturze 134 C. Wielorazowy rezerwuar z silikonu o pojemności 2300ml do połączenia bezpośredniego do worka resuscytacyjnego, autoklaw owalny. Maski twarzowe wielorazowego użytku rozmiar 5 łącznik maski średnica 15mm kolorowy kodujący rozmiar maski. Sterylizacja maski w autoklawie 134 stopnie C. do 100 cykli potwierdzona w instrukcji producenta. Wszystkie elementy jednego producenta kompatybilną ze sobą. Cały zestaw wielorazowego użytku?

Ad.2: Zamawiający dopuszcza powyższy produkt.

Pytanie nr 3:

Zadanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kozetkę lekarską o wysokości 510 mm ?

Ad.3: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4:

Zadanie nr 2

Czy w pozycji 1 Zamawiający dopuści rękojeść światłowodową baterijną F.O. 3V typu C?

Ad.4: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 5:

Zadanie nr 2

Czy w pozycji 2 Zamawiający dopuści rękojeść wyposażona w diodę LED?

Ad.5: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękojeść bez specjalnej kapsuły dla żarówki, ale wyposażona w diodę LED 9000 lux?

Ad.6: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7:

Zadanie nr 2

Czy w pozycji 5 Zamawiający dopuści rękojeść i łyżki z gniazdem ze stali nierdzewnej?

Ad.7: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8:

Zadanie nr 2

Czy w pozycji 6 Zamawiający dopuści łyżki z wbudowanym niewymiennym światłowodem o średnicy 4mm?

Ad.8: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 9:

Zadanie nr 2

Czy w pozycji 7 Zamawiający dopuści rękojeść dającą oświetlenie 9500lux dla rękojeści 3V

Ad.9: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10:

Zadanie nr 1

-Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kozetkę lekarską o wysokości 550 mm ?

Ad.10: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 11:

Zadanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kozetkę lekarską o długości 1850 mm ?

Ad.11: Zamawiający dopuszcza kozetkę o długości 1850mm.

Pytanie nr 12:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający dopuści kozetkę lekarską o wysokości 500 mm ?

Ad.12: Zamawiający nie dopuszcza kozetki lekarskiej o wysokości 500 mm

Pytanie nr 13:

Zadanie nr 1

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy kozetkę lekarską o długości 1850 mm ?

Ad.13: Zamawiający dopuszcza kozetkę o długości 1850mm.

Pytanie nr 14:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od zapisu umowy: „ Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć, zamontować i przekazać do użytku wymieniony w pkt.1 sprzęt/urządzenie na własny koszt i odpowiedzialność” i zgodzi się na dostracznie wyrobu jakim jest kozetka lekarska za pośrednictwem firmy spedycyjnej do Magazynu Szpitala.



Kozetka zostanie dostarczona w wersji złożonej, gotowej do użytku, zatem nie wymaga montażu. Ponadto dostarczenie kozetki za pośrednictwem firmy spedycyjnej przyczyni się do obniżenia kosztów transportu a w konsekwencji również ceny kozetki .

Ad.14: Zamawiający odstąpi od zapisu umowy i zgadza się na dostarczenie kozetki za pośrednictwem firmy spedycyjnej .

Pytanie nr 15:

Zadanie nr 1

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania paszportu technicznego jeśli produkt, jakim jest kozetka lekarska nie wymaga przeglądów?

Ad.15: Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania paszportu technicznego w zakresie Zadania nr 1.

Pytanie nr 16:

Zadanie nr 2

Czy Zamawiający dopuści laryngoskop z niewymiennym światłowodem o średnicy 4.5mm, spełniający pozostałe wymagania?

Ad.16: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 17:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości worka 1800 ml?

Ad.17: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 18:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator o objętości rezerwuaru 2700 ml?

Ad.18: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 19:

Zadanie nr 3

Czy Zamawiający dopuści resuscytator przystosowany do przechowywania w temp. -200C do +600C i do pracy w temp. -180C do +500C?

Ad.19: Zamawiający dopuszcza.

W związku z otrzymanymi pytaniami dotyczącymi przedmiotu zamówienia, Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 11.09.2019 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert na dzień 11.09.2019 do godz. 11:15.

DYREKTOR
Dyrektor PZOZ w Starachowicach
w Starachowicach
Katarzyna Drenth
podpis osoby upoważnionej

Sprawę prowadzi:

Marcin Ceglarski

tel. 412739964

adres email: m.ceglarski@szpital.starachowice.pl

